



深圳市惠利权环境检测有限公司

WWW.HLQ-CERT.COM



深圳市惠利权环境检测有限公司

检 测 报 告

报告编号： HLQ20200105 (10) 001-1

委托单位： 全成信电子（深圳）有限公司

地 址： 深圳市宝安区沙井镇西环路环菱塘工业区

检测类别： 工业废水

编 制：

审 核：

签 发：

签发人职位：

签 发 日 期：2020 年 01 月 19 日





报 告 说 明

一、实验室地址:

广东省深圳市宝安区松岗街道沙浦沙二小区第五幢二楼、三楼及五楼。

二、本公司保证检测的科学性、公正性和准确性,并对委托单位所提供的样品和技术资料保密。

三、本报告不得涂改、增删;无审核、签发人签字无效。

四、本报告无本公司检测专用章、骑缝章、CMA 章无效。

五、未经本公司书面批准,不得部分复制检测报告。

六、未经本公司同意,本检测报告不得作为商业广告使用。

七、本报告只对本次送样/采样检测结果负责。

八、委托检测结果只代表检测时污染物排放状况,报告中所附限值标准由客户提供,仅供参考。

九、对本报告有疑议,请在收到报告 10 个工作日内与本公司联系,逾期不予受理。对性能不稳定、不

易留样的样品,不受理复检。本公司联系电话:18603020686、18682076336。

十、本公司对报告中的信息负责,客户提供的信息除外。



接上表:

总氮	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》 HJ 636-2012	0.05 mg/L	罗磊
总磷	可见分光光度计 722S	《水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法》 GB/T 11893-1989	0.01 mg/L	谢绍伟
总氰化物	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 异烟酸-吡啶啉酮分光光度法》 HJ 484-2009	0.004 mg/L	赵琛星
氟化物	离子计 PXSJ-216	《水质 氟化物的测定 离子选择电极法》 GB/T 7484-1987	0.05 mg/L	陈楚颖
总铁	原子吸收分光光度计 WFX-210	《水质 铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11911-1989	0.03 mg/L	邓青青
总镉		《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环境保护总局 2002 年 石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 (B) 3.4.7(4)	0.0001 mg/L	陈楚颖
总铬	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 总铬的测定 高锰酸钾氧化-二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7466-1987	0.004 mg/L	杜贵锋
总银	原子吸收分光光度计 WFX-210	《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11907-1989	0.03 mg/L	邓青青
总锌		《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	邓青青
总铜		《水质 铜、铅、锌、镉的测定 原子吸收分光光度法》 GB/T 7475-1987	0.05 mg/L	邓青青
石油类	红外分光测油仪 OIL-460	《水质 石油类和动植物油的测定 红外分光光度法》 HJ 637-2018	0.06 mg/L	何海乐
总铅	原子吸收分光光度计 WFX-210	石墨炉原子吸收法测定镉、铜和铅 (B) 《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 (2002) 3.4.16 (5)	0.001 mg/L	邓青青
总镍		《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 GB/T 11912-1989	0.05 mg/L	邓青青
总铝		《水质 铝的测定 间接火焰原子吸收法》 GB 21900-2008 附录 A	0.1 mg/L	邓青青
六价铬	可见紫外分光光度计 UV-7504	《水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法》 GB/T 7467-1987	0.004 mg/L	赵琛星

五、评价标准

执行《电镀水污染物排放标准》 (DB 44/1597-2015) 表1珠三角。



六、检测结果

采样点位	工业废水 综合原水	工业废水 络合原水	WS-6410402 工业废水排放 口	单位	DB 44/1597-2015 表 1 珠三角
样品状态	无色、无味、无 浮油、透明	无色、气味强、 无浮油、微浊	无色、无味、 无浮油、透明		
样品编号	H20200106002 102-01	H20200106002 103-01	H20200106002 101-01		
检测项目	检 测 结 果				
pH	6.87	2.25	6.52	无量纲	6~9
悬浮物	19	61	9	mg/L	30
化学需氧量	65	314	25	mg/L	80
氨氮	1.86	29.8	1.04	mg/L	15
总氮	9.20	45.6	5.07	mg/L	20
总磷	0.04	0.19	0.02	mg/L	1.0
总氰化物	0.006	0.009	0.004L	mg/L	0.2
氟化物	0.49	0.26	0.46	mg/L	10
总铁	0.16	1.88	0.25	mg/L	2.0
总镉	0.0001L	0.0017	0.0001L	mg/L	0.01
总铬	0.016	0.061	0.004	mg/L	0.5
总银	0.03L	0.03L	0.03L	mg/L	0.1
总锌	0.05	0.21	0.05L	mg/L	1.0
总铜	0.51	1.54	0.05L	mg/L	0.5
石油类	0.06L	0.06L	0.06L	mg/L	2.0
总铅	0.005	0.021	0.009	mg/L	0.1
总镍	0.05L	0.05L	0.05L	mg/L	0.5
总铝	1.7	1.8	1.4	mg/L	2.0
六价铬	0.011	0.04	0.004L	mg/L	0.1
总汞#				mg/L	0.005
说明：1.检测结果小于检出限或未检出以“检出限+L”表示； 2.“#”表示该项目为分包，分包公司为深圳立讯检测股份有限公司。					

报告结束